

旋达®R1 动物病害检测系列

刺激隐核虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

请于-20°C条件下保存，有效期 15 个月**◆ 产品说明**

旋达®R1 动物病害检测系列可针对动物组织、饲料、粪便等样品中病原的特异核酸片段进行扩增，通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于刺激隐核虫的检测，**检出限为 10^1 copies/ μL 基因组 DNA。**

◆ 产品组成 (48 测试)

032112M	
试剂	含量
A-CI-P	20 $\mu\text{L} \times 8$ 管 $\times 6$ 排
NG-P	100 $\mu\text{L} \times 2$ 支
PG-CI-P	100 $\mu\text{L} \times 1$ 支

◆ 适用仪器

Gentier 32R、Gentier 48E/48R、Gentier mini、CFX 96 等实时荧光 PCR 仪。

◆ 自备耗材和仪器

冰盒；移液器（0.5-10 μL , 10-100 μL , 100-1000 μL ）及配套灭菌吸头；离心机；涡旋混匀器；金属浴；均质机、搅拌机或研钵等研磨器具；电子天平。

◆ 注意事项

1. 本试剂检测灵敏度高。为了防止污染，实验要分区操作。
 - 1) 第一区：样本制备区。
 - 2) 第二区：模板添加区。
 - 3) 第三区：扩增及产物分析区。

★ 分区之间最好进行物理性隔离，避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套，不同区域独立使用工具，需更换手套和实验服。
3. 严格按照操作步骤操作，试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4. 反应液中的成分对光敏感，应避光保存。试剂使用前要完全解冻，但应避免反复冻融，推荐使用前离心 30 秒。
5. 反应结束后，扩增管请置于密封袋内丢弃，当日清理，开盖易造成气溶胶污染，禁止开盖。
6. 不同批号试剂请勿混合使用，在有效期内使用。

◆ 样品处理

参照《SC/T 7217-2014 刺激隐核虫病毒诊断规程》或其他标准处理样品，制备的样本保存待用。

详细步骤请按照标准操作。

◆ 实验操作

1. 模板制备（样本制备区）

建议使用水生动物病原体基因组 DNA/RNA 提取试剂盒（FAST）等商品化试剂盒，具体过程详见产品说明书。

2. 添加模板（模板添加区，放置于冰盒上进行）

剪下所需测试数的已含有反应液的 PCR 管，放置在室温待解冻后，离心 30 秒后打开管盖，向每管反应液中分别加入 5 μL 模板，顺序为 NG、待测样品模板、PG-CI-P。盖好配套的 PCR 管盖后，涡旋混匀 30 秒，离心 1min，立即进行 PCR 扩增反应。

3. 扩增反应（扩增及产物分析区）

使用荧光定量 PCR 仪，荧光基团选择 FAM，淬灭基团选择 MGB。

按下列条件设置扩增反应：

	PCR 循环			荧光收集位点
去污染	50°C	5 分钟	1 个循环	—
预变性	95°C	5 分钟	1 个循环	—
扩增	95°C	15 秒	45 个循环	—
	60°C	30 秒		※

其他仪器请参照仪器说明书进行设置。

4. 基线和阈值设定

进行软件设置时，为目标基因设置特定的荧光通道。基线调整取 3-15 个循环的荧光信号，阈值线应超过阴性对照扩增曲线的最高点。

◆ 结果判定

1、质量结果判定

- 1) 阴性对照：FAM 荧光通道 $C_t > 45$ ，无“S”型扩增曲线
- 2) 阳性对照：FAM 荧光通道 $C_t \leq 30$ ，曲线呈“S”型扩增曲线


上述两项若有一项不符合，应重新进行扩增；如重复检测结果仍为无效，请与技术支持人员联系。

2、检测结果判定

测试样品检测 C_t 值 ≥ 45 或无 C_t 值，曲线为直线或轻微斜线，无“S”型扩增曲线，可判定样品不含刺激隐核虫或含量低于检出限；

测试样品检测 C_t 值 < 40 ，曲线呈“S”型扩增曲线，可判定样品含刺激隐核虫；

测试样品检测 $40 < C_t < 45$ ，曲线呈“S”型扩增曲线，判断样品可疑，建议复检；复检后，在阴性对照都正常的情况下，测试样品检测 C_t 值 < 45 ，可判定样品含刺激隐核虫；测试样品检测 C_t 值 ≥ 45 ，可判定样品不含刺激隐核虫或含量低于检出限。



参考结果图

◆ 企业信息

广州双螺旋基因技术有限公司

网址: www.dhelix.cn

电话: 020-85671013

传真: 020-34037175

地址: 广州国际生物岛螺旋四路 7 号标准产业单元二期第三栋第三层 302 单元